cemafroid
L'EXPERT DU FROID

N° CCT-E120-20-02-2020

Cancel and replace previous revision

CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE A LA NORME NF EN 12830 (AOUT 2018)

Certificate of Type Conformity to the standards NF EN 12830 (August 2018)

Demandeur du certificat : [redacted]
Applicant

Fabricant / Marque : [redacted]
Manufacturer / Mark

Identification du produit : Enregistreur de température à une sonde interne
Product identification

Type : BLUE PUCK T EN 12830 :2018
Type

Numéro de série du produit essayé : 800A02, 800A03
Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Résolution : **0,0625** °C Exactitude : **± 1**°CTemps de réponse : **16 min** Etendue de mesure : **- 30 à +85** °C

Périodes d'enregistrement : **10s à 24h** Erreur sur l'enregistrement du temps : **< 0.02%**

Classe logiciel : Niveau I

Au vu des résultats figurant aux rapports d'essais CEMAFROID référencés E110, le produit essayé est déclaré conforme aux exigences des paragraphes 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.3 et 6.6.4 de la norme de référence pour la classe d'exactitude 1 et pour les températures ambiantes -30°C à +85°C (fonctionnement) et -30°C à +85°C (stockage).

On the basis of the results contained in tests reports Cemafroid referenced E 110, the tested product is declared in conformity with the requirements 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.3 and 6.6.4 of the above referenced standard for the accuracy class 1 and ambient temperature -30°C to +85°C (use) and -30°C to +85 storage.

Fait à Fresnes le 24/09/19
Date and place of delivery

CEMAFROID
Directeur Pôle Essais
Testing division director

Cemafroid
5 avenue des Prés
94266 FRESNES
Tél. +33 1 49 84 84 84
SIRET 432 511 897 00048 APE 82

JF Assier

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant

Modèle F 07508 ind e – Applicable au 20/05/2019